ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради;
61064, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Любові Малої, 2-Б;
ЄДРПОУ — 31886847;
категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Монітор пацієнта (НК 024:2023: 33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта; НК 031:2024 Z12030202 – Мультипараметричні монітори пацієнта)).

Ідентифікатор закупівлі: ID: **UA-2026-10-30-003960-a**

Процедура закупівлі:
Відкриті торги з особливостями - відповідно п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (із змінами), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178, а саме: «Замовники, визначені пунктами 1—3 частини першої статті 2 Закону, зокрема централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, і замовники, визначені пунктом 4 частини першої статті 2 Закону, здійснюють закупівлі товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 1 млн. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 12^{-1} цих особливостей або розділом "Порядок проведення процедури закупівлі" цих особливостей, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 75, ст. 2407), із урахуванням положень, визначених цими особливостями, та/або в порядку, передбаченому пунктом 8 цих особливостей, та/або шляхом застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до умов, визначених пунктом 13 цих особливостей.».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Розрахунок очікуваної вартості здійснено згідно з пунктом 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18 лютого 2020 р. № 275.
Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі трьох отриманих цінових пропозицій, як середньоарифметичне значення, та становить: 234 806,63 грн. без ПДВ, 16 436,46 грн. ПДВ (7%), разом з ПДВ 251 243,09 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради та норм чинного законодавства України і зазначені в тендерній документації.

Строк поставки товару: до 31 грудня 2026 року.

Кількість: 1 шт.

Місце поставки товару: 61064, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Любові Малої, 2-Б.

Медіко-технічні вимоги:

1. Монітор пацієнта має бути призначений для моніторингу та вимірювання ЕКГ, частоти серцевих скорочень, частоти пульсу, неінвазивного артеріального тиску, частоти дихання та інших життєвонеобхідних показників.
2. Вага монітору з усіма функціями та батареєю - не більше 3 кг.
3. Кольоровий TFT LCD-монітор.
4. Діагональ монітору не менше 7 дюймів.
5. Кількість хвиль, що можуть одночасно відображатися на екрані 7 шт.
6. Монітор пацієнта має бути оснащений батареєю резервного живлення не менше ніж на 2 години роботи.
7. Монітор пацієнта має використовуватись для дорослих, педіатричних та новонароджених пацієнтів.

ЕКГ

8. ЕКГ моніторинг.
9. Підтримка 3- та 5-відведень ЕКГ.
10. Чутливість (GAIN) 2,5; 5; 10; 20; 30; 40; Автоматичне налаштування мм/мВ.
11. Швидкість розгортки 6,25; 12,5; 25 або 50 мм/с.
12. Режим автоматичного розпізнавання кардіостимулятора та виявлення аритмій у пацієнтів із кардіостимулятором.
13. Виявлення таких порушень серцевого ритму: ASYS, VFIB, PVC, VTAC, BGM, TGM, CPT, SBRD, ATAC, SVT, VENT, TPT, MIB, RonT.
14. ST-аналіз: від -9,9 мВ до +9,9 мВ.
15. Діапазон вимірювання ЧСС (HR): 0, від 15 до 300 уд./хв..
16. Розрахунок ЧСС на основі аналізу 4, 6, 8, 12, 14, 16 хвиль ЕКГ.

Пульсоксиметрія (SpO2):

17. Моніторинг SpO2.
18. Діапазон вимірювання сатурації (SpO_2): від 0 до 100 %.
19. Діапазон вимірювання частоти пульсу (PR): 0, від 30 до 300 уд./хв.
20. Час оновлення пульсової хвилі не більше 2 сек.
21. Час оновлення значення сатурації (SpO_2) не більше 10 сек.
22. Чутливість (GAIN): 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; Автоматичне налаштування.
23. Швидкість розгортки: 6,25; 12,5; 25 або 50 мм/с.
24. Датчики різних розмірів (неонатальний, для дітей та для дорослих).

Моніторинг NIBP (неінвазивне вимірювання артеріального тиску)

25. Моніторинг NIBP.
26. Метод вимірювання неінвазивного артеріального тиску (NIBP) – осцилометричний.
27. Діапазон вимірювання:
    - Дорослі та діти: від 0 до 300 мм рт. ст.
    - Новонародженні: від 0 до 150 мм рт. ст.
28. Режим венозної оклюзії.
29. Манжети різного розміру (для новонароджених, для дітей та для дорослих)

Моніторинг дихання (RESP)

30. Моніторинг RESP.
31. Діапазон вимірювання частоти дихання: від 0 до 200 дихальних рухів/хв.
32. Контроль апное.
33. Відображення дихальної хвилі: 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; автоматичне налаштування Ом.

Моніторинг температури (TEMP)

34. Моніторинг температури.
35. Діапазон вимірювання температури: від 0 до 50 °С.
36. Можливість збереження даних 7 діб.
37. Габаритні розміри (ДхШхВ): 190 х 200 х 180 мм (±3%).
38. Гарантійний термін - не менше 12 місяців.