

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради;

61064, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Любові Малої, 2-Б;

ЄДРПОУ — 31886847;

категорія замовника — Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини

(Стоматологічна рентгенівська система (НК 024:2023:33109 Система стоматологічна рентгенівська інтраоральна пересувна цифрова; НК 031:2024 Z1103040102 – Обладнання для цифрової ендоральної радіології)).

Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2026-07-24-007149-a

Процедура закупівлі:

Відкриті торги з особливостями - відповідно п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування (із змінами), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. №1178, а саме: «Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями».

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості здійснено згідно з пунктом 1 розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій та прайс-листів на момент вивчення ринку.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі трьох отриманих цінових пропозицій, як середньоарифметичне значення, та становить: 208 097,22 грн. без ПДВ, 41 619,44 грн. ПДВ 20%, 249 716,66 грн. з ПДВ.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка № 2» Харківської міської ради та норм чинного законодавства України і зазначені в тендерній документації.

Строк поставки товару: до 31 грудня 2026 року.

Кількість: 1 комплект.

Місце поставки товару: 61064, Україна, Харківська обл., м. Харків, просп. Любові Малої, 2-Б.

Медико-технічні вимоги:

1. Вимоги до рентгенівської системи:

- Призначена для отримання зображень ротової порожнини;
- Напруга мережі 220В; 50/60Гц;

- Дистанційний пульт керування;
 - Лінійне переміщення (діапазон регулювання) рентгенівської трубки, не менше 650 мм;
 - Кут повороту навколо вертикальної осі, не менше 360°;
 - Кут повороту навколо горизонтальної осі, не менше 250°;
 - Діапазон вертикального руху штативу (піднімання та опускання), не менше 400 мм;
 - Сидіння з можливістю підйому;
 - Світлодіодний дисплей на панелі керування;
 - Індикація випромінювання (експозиції) на панелі керування;
 - Кнопки для вибору приймача або плівки;
 - Кнопки для вибору дитини та дорослого;
 - Кнопки для вибору положення зубів;
 - Індикація обраного зубу;
 - Потужність, не менше 0,3 кВт (kW);
 - Мінімальне значення напруги на трубці, не менше 58 кВп (kVp);
 - Максимальне значення напруги на трубці, не менше 70 кВп (kVp);
 - Фокусна пляма (фокус), не більше 0,8 мм;
 - Максимальна теплоємність, не менше 12500 ТО (HU);
 - Загальна фільтрація рентгенівської трубки, не менше 2,5 ммАл (mmAl);
 - Значення струму трубки, не менше 8 мА (mA);
 - Відстань фокус-шкіра, не більше 210 мм;
 - Час експозиції, в діапазоні не вужче ніж від 0,01 до 9,0 сек.
2. Вимоги до цифрового датчика:
- Інтраоральний рентгенівський датчик;
 - Функція для автоматичного виявлення рентгенівського випромінювання - SMART AED або аналог;
 - Технологія сенсора CMOS або аналог;
 - Шкала сірого (Відтінки сірого), не менше 16 біт;
 - Площа зображення, не менше 20×30 мм²;
 - Розмір пікселя, не більше 20 мкм;
 - Ступінь захисту IP68 або краще;
 - Шнур довжиною, не менше 3 м;
 - Датчик підключається за допомогою USB 2.0.
3. Вимоги до програмного забезпечення:
- Програмне забезпечення для зчитування, зберігання та друку зображень, управління пацієнтами тощо;
 - Функції для вимірювання відстані та кута;
 - Підтримка робочих списків DICOM;
 - Функція для вимірювання значення сірого в точці (точкове значення сірого);
 - Функція лупа та ROI-лупа;
 - Функція масштабування;
 - Функція повороту на 90°;
 - Функція віддзеркалення;
 - Функція інверсії чорного/білого кольору;
 - Функція налаштування країв;
 - Функція налаштування гамми;
 - Функція застосування попередньо збережених параметрів для обробки зображень;
 - Функція для створення анотацій та текстових міток;
 - Шаблони анотації для карієсу, пломби, кореневого каналу, абсцесу тощо;
 - Архівування відповідно DICOM 3.0;
 - Функція експорту в DCM, DCMdir, JPG, BMP.